



0499

AV07

ALPHA ETCH
Стоматологический протравочный гель

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**Состав:**

ALPHA ETCH содержит: фосфорную кислоту (37%), коллоидный диоксид кремния (Aerosil 200), метиленовый синий CI 52015 (1% раствор), глицерин двойной дистилляции и деионизированную воду.

Показания к применению:

ALPHA ETCH используется для тотального протравливания эмали или дентина при прямых и непрямых реставрациях. Он также рекомендован для обработки фиссур перед их запечатыванием.

Форма выпуска:

Шприцы по 3 гр. (2,5 мл) и по 6 гр. (5 мл)

Условия хранения:

ALPHA ETCH следует хранить при температуре от 15°C до 30°C. Избегать перегрева. Хранить флаконы плотно закрытыми. При соблюдении этих условий продукт действителен в течение 2 лет с даты производства. Не использовать продукт после окончания срока годности.

Инструкции по применению:

Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки.

Этапы работы:

1. Очистите поверхность зуба абразивными пастами и смойте водой. Не используйте очищающие продукты содержащие масло, фтор или глицерин.
2. Тщательно смойте, высушите струей воздуха из безмасляного компрессора и изолируйте зуб для последующего протравливания.
3. Установите на шприц наконечник и нанесите необходимое количество **ALPHA ETCH** прямо на обрабатываемую эмаль или дентин.
4. Оставьте на 30 – 40 секунд для эмали и 15 – 20 секунд для дентина.
5. Вымыть обрабатываемую поверхность чистой водой как минимум 20 секунд.
6. Подсушите струей из безмасляного компрессора в течение 15 секунд.

Замечание. Молочные зубы должны обрабатываться в течение 1 минуты (на эмали). Подготавливаемая зона должна получиться цвета opak или беловатая. В противном случае повторите операцию. Фторированная эмаль может отбеливаться дольше. На поверхность ничего не должно попадать. В случае попадания на поверхность, например, слюны, повторите протравливание.

Меры предосторожности:

Продукт содержит фосфорную кислоту, которая может вызывать ожоги. Не допускайте контакта со слизистой оболочкой рта или кожей. В случае контакта, немедленно удалить материал смоченной водой гидрофильной ватой и тщательно промыть водой. Избегать попадания в глаза. При случайном попадании немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только стоматологами и в целях, описанных в инструкции по применению. Остатки продукта не должны повторно использоваться. Необходимо их утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Производитель:

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguk, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CEP: 22713-002

CNPJ:33.112.665/0001-46

Ответственный фармацевт:

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии

Телефон в России 8 800 200 17 70